

Blodprøver og Biokemi

Til
Klinisk biokemiske afdelinger, Region Midt

De klinisk biokemiske afdelinger bedes informere relevante rekvirenter inden for eget hospitalsområde om ændringerne (f.eks. akutafdelinger og børneafdelinger).

Ny retningslinje for misbrugsanalyser

Baggrund

Der er i foråret 2022 kommet en ny opdateret retningslinje for misbrugsanalyser, som kan ses [her](#).
Retningslinjen giver bl.a. anbefalinger til rekvirenter omkring korrekt prøvehåndtering.

Det understreges, at resultatet kun giver et øjebliksbillede af et eventuelt misbrug af rusmidler og/eller lægemidler. Vel at mærke inden for et tidsvindue for detektion/påvisning, som varierer for de enkelte stoffer.

OBS: Vi gør opmærksom på, at ved brug af **urinstix** til misbrugsanalyser er der generelt stor risiko for både *falsk positive* og *falsk negative* svar.

- Positive svar bør derfor altid verificeres med en konfirmatorisk analyse (fx LCMS).
- Negative svar bør også verificeres med en konfirmatorisk analyse, hvis et pålideligt resultat er vigtigt.

Yderligere information

Oplysninger om de enkelte analyser kan findes på www.analysefortegnelsen.dk.

Spørgsmål kan rettes til:
Læge Elke Hoffmann-Lücke

elkehoff@rm.dk

tlf. 2382 7497

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson
Cheflæge

Kate Juul Strandgaard
Chefbioanalytiker