

Blodprøver og Biokemi

Dato: 03.07.23

Side: 1 af 1

Til

Alle afdelinger på AUH (ikke Blodsygdomme, Infektionssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge)

Ændring i svar på differentialtælling (leukocyttyper) pr. 16. august 2023

Ændring af svar på analysen (gældende for alle afdelinger fraset Blodsygdomme, Kræftafdelingen, Børn og Unge og Infektionssygdomme)

Ved bestilling af en differentialtælling bliver der i første omgang udført en tælling på automatiseret udstyr. Det automatiserede udstyr vil i nogle tilfælde ledsage svaret med en bemærkning om usikkerhed på resultatet. I dag udføres der i disse tilfælde efterfølgende manuel tælling. Interne opgørelser har dog ikke vist klinisk værdi af en efterfølgende manuel tælling.

Derfor vil der fremover KUN blive udført en tælling på automatiseret udstyr. I de tilfælde hvor der er usikkerhed på resultatet, vil svaret medfølges af kommentaren '*laboratoriet kan kontaktes, hvis supplerende manuel tælling ønskes*'. En manuel tælling vil så kunne udbedes indenfor 24 timer efter prøvetagning.

Hvis den maskinelle tælling giver mistanke om tilstedeværelse af blaster, vil der dog fortsat foretages en manuel screening og ved positivt fund afleveres svaret fra den manuelle tælling inklusiv svaret på blaster.

Ændring af kommentarer til celletyper (gældende for alle afdelinger)

Alle kommentarer (f.eks. *atypiske celler*), som tidligere kunne medfølge forskellige celletyper, forsvinder med undtagelse af kommentaren om fund af *plasmaceller*. Dette gælder for alle afdelinger på AUH.

Yderligere information

Oplysninger om de enkelte analyser kan findes på www.analysefortegnelsen.dk.

Spørgsmål kan rettes til:

Afdelingslæge Anne Winther Larsen

anlarsen@rm.dk

tlf. 2960 7582

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson
Cheflæge

Kate Juul Strandgaard
Chefbioanalytiker