

Blodprøver og Biokemi

Dato: 01.09.2026

Side: 1 af 1

Til
Hormon- og Knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

Indførsel af ny metode til måling af P-Thyreoidea-stim.+blok. Immungl [TRAb]

Pr. 15. september 2026 indføres en ny metode til måling af TRAb.

Metodeskiftet medfører, at resultater opnået med den nye metode ikke er direkte sammenlignelige med tidligere analyseresultater.

Vigtige ændringer:

- Diagnostisk grænse ændres fra **1,75 IU/L** til **1,0 IU/L**
- Måleområdet ændres fra **1,1 - 40 IU/L** til **0,9 - 100 IU/L**
- Der udgives svar x 3 ugl., hverdage **mandag+onsdag+fredag**

Ændringen sker i forbindelse med udskiftning af analyseudstyr. Aalborg, Odense og Aarhus måler herefter på samme apparatur, samt anvender samme diagnostiske grænse. Gødstrup anvender andet apparatur og diagnostisk grænse. Sammenligning af den gamle og den nye metode viser en diagnostisk overensstemmelse på **85 %**.

Yderligere information

Oplysninger om analysen kan findes på www.analysefortegnelsen.dk for AUH.

Analysetekniske spørgsmål kan rettes til:
Overlæge Tina Parkner

tinpar@rm.dk

tlf. 5184 6817

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson Cheflæge	Holger Jon Møller Lærestolsprofessor	Kate Juul Strandgaard Chefbioanalytiker
------------------------	---	--