

## NYHEDSBREV september 2022 - hospitaler:

### Diagnostik af urinvejsinfektioner

Grundet usikkerhed omkring stabiliserende effekt af Copan UriSponge™ udgår disse indtil videre som forsendelsesmedium af urin til dyrkning og resistensbestemmelse. Risikoen ved anvendelsen er falsk forhøjede bakteriekoncentrationer og dermed potentiel unødvendig behandling med antibiotika. Der gøres opmærksom på, at urinmonovette med borsyre nu er eneste anvendelige prøvetagningsrør.

Uriner modtaget indtil 10. oktober vil blive antaget til dyrkning, men svar afgives med forbehold for falsk forhøjet bakteriekoncentration.



For yderligere information om urindyrkning henvises til regionalt eDok [Urin, dyrkning og resistensbestemmelse, KMA, regional retningslinje](#)

Med venlig hilsen

Svend Ellermann-Eriksen  
Cheflæge  
professor, dr. med.

Jan Berg Gertsen  
Overlæge